

Số: 92/YCBG-Dược
Về việc yêu cầu báo giá
Máy sốc tim

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho *Gói thầu Mua máy sốc tim cho phòng cấp cứu*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Đinh Thị Vân Anh, Điện thoại: 0984499827.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các cách thức sau:

+ Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Số 72/3 Trần Quốc Toàn, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Nhận qua email: khoaduoc.gtv@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo phụ lục đính kèm yêu cầu báo giá này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Dược-TTBYT.





PHỤ LỤC

Đính kèm yêu cầu báo giá số 92/YCBG-Dược ngày 22 tháng 5 năm 2025
của Bệnh viện Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

STT	Tên máy/thiết bị	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy sốc tim (Máy khử rung tim tự động)	- Yêu cầu chung: Máy mới 100%. Hàng có sẵn giao ngay trong tháng 6/2025. - Bảo hành 05 năm (máy chính và các thiết bị phụ trợ đi kèm) - Các tính năng và thông số kỹ thuật (như liệt kê dưới đây)	Cái	01

1. Các tính năng cơ bản

- Máy khử rung tim có chức năng sốc tim tự động.
- Máy có khả năng phân tích bệnh nhân và đánh giá điện tâm đồ tự động để xác định đánh sốc.
- Máy phát hiện và phân tích ECG ngay cả khi có nhiễu trong quá trình sử dụng, có hỗ trợ kiểm tra bằng giọng nói.
- Máy đáp ứng theo tiêu chuẩn AAMI DF80 và các khuyến nghị AHA.
- Thiết bị có các hướng dẫn bằng ngôn ngữ Anh trong quá trình thao tác.
- Máy có các phím chức năng trực quan, giúp dễ dàng thao tác theo đúng hướng dẫn các bước đơn giản 1 – 2 – 3.
- Thiết bị phù hợp với trẻ em và người lớn trong phát hiện và chức năng sốc tự động.
- Có đèn cảnh báo các chức năng trên thân máy chính.
- Thiết bị có các chức năng tự động kiểm tra để đảm bảo an toàn.

2. Thông số kỹ thuật

- Dòng đánh sốc:
 - + Người lớn: 32A (150J)
 - + Trẻ em: 19A (50J)
 - Đáp ứng các tiêu chuẩn:
 - + Waterjet-proof IPX5 per IEC60529



- Khả năng chịu được độ cao rơi khoảng 1 mét
 - Khả năng chịu được lực nén khoảng 500kg
 - Khả năng đáp ứng với rung động, tiêu chuẩn MILSTD 810G
 - Nhiệt độ:
- + Vận hành / lưu trữ: 0 – 50 độ C
- + Hoạt động khẩn cấp: - 20 đến 50 độ C (với độ ẩm không ngưng tụ)

3. Pin

- Dung lượng: 200 lần đánh sóc hoặc 4 giờ hoạt động
- Dòng điện 9V DC; 4.2A
- Thời gian chờ: đến 4 năm





Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá hàng hóa

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hãng/nước sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày Tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)